Technische Information

Integritätstestgerät
BECO® MAX_2

Das Integritätstestgerät BECO MAX_2 aus Eaton's Begerow Product Line ist für den regelmäßigen Einsatz konzipiert und zeigt sich in einem stabilen Edelstahlgehäuse mit übersichtlicher Folientastatur und hintergrundbeleuchtetem vierzeiligen Display. Vollautomatisch werden Membranfilterkerzen auf Integrität geprüft.

Das Gerät weist einen hohen Schutz gegen Spritzwasser auf und trumpft durch lange Akkulaufzeit. Durch die Spiralschläuche ist ein Anschluss des Gerätes und eine Messung auch an unzugänglichen Stellen möglich.

Es können bis zu zehn Programme und 40 Messdaten gespeichert werden, welche entweder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Drucker ausgedruckt oder über das Datenkabel im PC archiviert werden können.

Eingabewerte, einmalige Eingabe:

- Testdruck
- Stabilisierungszeit
- Testzeit
- Maximal zulässiger Druckabfall
- Medium- und Behälterdaten

Mit dem Messgerät können sowohl Membranfilterkerzen in kleine (< 3,5 l) als auch große Gehäusevolumina (3,5 – 150 l) getestet werden.

Technische Daten

- Gehäuse aus 1.4301
- Spritzwassergeschützt IP55
- Display vierzeilig hinterleuchtet
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch oder Schwedisch (auf Anfrage)
- Messbereich 650 – 2.800 mbar
- Akku: NimH 7,2 V 4,5 Ah
- Umgebungstemperatur 5 – 40 °C
- Rel. Luftfeuchte 0 – 80 %
- Verschlusskupplung und Stecknippel Rectus DN 7,2

Lieferumfang

- Integritätstestgerät zur vollautomatischen Messung von Membranfilterkerzen
- Ausgepolsterte Transportbox aus Kunststoff
- Netzteil, Akkuladegerät
- Eingabetastatur
- PC-Datenkabel
- Nadeldrucker mit Netzteil, Druckerkabel, Ersatzpapierrollen (57 mm) und Ersatzfarbband
- Dokumentation (Bedienungsanleitung, Kalibrierzeugnis)

Lieferinformationen

Artikelnummer: P5001000

HS Zolltarif: 8421 99 00

Powering Business Worldwide

Zentrale Nordamerika
44 Apple Street,
Tinton Falls, NJ 07724

Gebührenfrei: 800 656-3344
(nur innerhalb Nordamerikas)

Tel.: +1 732 212-4700

Europa/Afrika/Naher Osten
Auf der Heide 2
53947 Nettersheim, Deutschland

Tel.: +49 2486 809-0

Internormen Product Line
Friedensstraße 41
68804 Altlußheim, Deutschland

Tel.: +49 6205 2094-0

Begerow Product Line
An den Nahewiesen 24
55450 Langenlonsheim,
Deutschland

Tel.: +49 6704 204-0

Brasilien
Av. Julia Gaioli, 474 - Bonsucesso
07251-500 - Guarulhos
Brasilien

Tel.: +55 11 2465 8822

China
No. 7 Lane 280 Linhong Road,
Changning District,
Shanghai 200335, China

Tel.: +86 21 5200 0422

Singapur
4 Loyang Lane #04-01/02
Singapur 508914

Tel.: +65 6825 1668

Powering Business Worldwide

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter filtration@eaton.com. Eine vollständige Liste aller Filterprodukte von Eaton finden Sie online unter eaton.com/filtration

Nicht alle Produkte der Eaton's Begerow Product Line sind in allen Regionen verfügbar. Bitte kontaktieren Sie Ihre lokale Eaton Niederlassung, um die Verfügbarkeit zu ermitteln.

© 2012 Eaton Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Handelsmarken und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Informationen und Empfehlungen hinsichtlich der Verwendung der hierin beschriebenen Produkte basieren auf Prüfungen, die als zuverlässig angesehen werden. Dennoch obliegt es der Verantwortung des Benutzers, die Eignung dieser Produkte für seine eigene Anwendung festzustellen. Da die konkrete Verwendung durch Dritte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, übernimmt Eaton keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Auswirkungen einer solchen Verwendung oder die dadurch erzielbaren Ergebnisse. Eaton übernimmt keinerlei Haftung in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Produkte durch Dritte. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als absolut vollständig anzusehen, da weitere Informationen notwendig oder wünschenswert sein können, falls spezifische oder außergewöhnliche Umstände vorliegen, beziehungsweise aufgrund von geltenden Gesetzen oder behördlichen Bestimmungen.

DE
A 7.4.2.1
12-2012